## GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA CENTRALES DE ESTERILIZACION Y REPROCESAMIENTO DE PRODUCTOS MEDICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD y

## **ESTABLECIMIENTOS EXCLUSIVOS DE ESTERILIZACION EXTERNOS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>	
CARACTERIZACIÓN GENERAL - TIPO DE RECURSO FÍSICO Y ATENCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES	
Establecimiento de salud SIN internación				
Establecimiento de salud CON internación				
El servicio cuenta con fácil comunicación con áreas: Quirúrgica, Obstétrica,				
Terapias Intensivas y otras de mayor complejidad, pero sin pertenecer a las				
mismas. Aclarar.				
Establecimiento exclusivo de Esterilización externo				
Realiza métodos físicos de esterilización (calor seco y/o calor húmedo). Aclarar.				
Realiza métodos físicos-químicos de esterilización (vapor a baja temperatura- formaldheido, gaseoso-óxido de etileno y peróxido de hidrógeno). Aclarar.				
Realiza supervisión sobre desinfección de alto nivel y/o esterilización fuera de la				
central (en otras áreas de la institución). Aclarar cuáles.				
Es un establecimiento con Dependencia Privada.				
Es un Servicio dentro de un Establecimiento con Dependencia Pública (incluye Obra Social, Universidad y Fuerzas de Seguridad)				
PLANTA FÍSICA - CONSTITUIDA POR:	SI	NO	OBSERVACIONES	
Recepción y clasificación. Aclarar.				
Área de limpieza y secado.				
Control de calidad.				
Área acondicionamiento y envasado.				
Área esterilización con equipos de frontera (doble frente). Describir observado.				
Depósito de material estéril.				
Estacionamiento transitorio de carros.				
Entrega de material estéril. Aclarar si ventanilla es exclusiva.				
Vestuario con sanitario para personal.				
Transferencia ambulatoria.				
Oficina / Jefatura.				
Puesto de trabajo administrativo. Aclarar total de puestos.				
Estar de personal.				
Office de limpieza.				
Contenedor / Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si separa.				
Contenedor / Depósito de residuos biopatogénicos. Aclarar.				
Placard / Sala de mantenimiento. Indicar si es propio o compartido.				
CONSIDERACIONES GENERALES	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>	
La central de esterilización, está ubicada en la central de abastecimiento y				
procesamiento y/o cercana al centro quirúrgico. Describir lo observado.				
En caso que se ubique en pisos altos, cuenta con ascensor de servicio o				
mantacarga. Aclarar.				
La circulación es igual o mayor a 1.10m. Indicar lo observado.				
Cuenta con ventanilla diferenciada para el ingreso del material sucio y el egreso				
del material estéril, debidamente alejadas una de la otra. Aclarar.				

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
El diseño es unidireccional (ingreso ; egreso), cumpliendo los siguientes procesos:			
recepción y clasificación, limpieza, secado, inspección integral, control de calidad,			
acondicionamiento, esterilización, almacenamiento de material estéril y			
dispensación de los mismos. Aclarar lo observado.			
Cumple con 1 y 1,7m2 por cama de internación y puesto de			
observación/tratamiento, con una superficie mínima de 50m2. Aclarar.			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas : Las detalladas a continuación, aplican a todos los			
locales. Las Específicas por local, las completarán.			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
Pisos: Resistentes al desgaste, abrasión e impacto, de superficie lisa, no porosa, sin			
juntas (deseable), antideslizante, continuo, impermeable. Incombustible y sin			
emanación de gases (en caso de siniestro). Las piletas de piso, en caso de existir,			
deben ser de tapa ciega.			
Zócalos: recto o sanitario, según proyecto.			
Paredes: : Ídem características para pisos. Sin molduras. Esquinas protegidas con			
laminados o chapas de acero inoxidable. Guardacarros donde corresponda. En			
áreas Crítica y Semi Crítica, las intersecciones pared-piso y pared-techo (deseable),			
deben formar ángulos sanitarios. Pinturas a base de PVC, epoxi, poliurea,			
poliuretano u otra condición que reduzca el nivel de absorción de agua. Aclarar lo			
observado.			
Cielorraso: superficie lavable, incombustible y sin emanación de gases en caso de			
siniestro.			
Ventanas: fijas con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
Puertas: El ancho libre de puertas (doble contacto) mínimo 0:80m. Deberá			
permitir el acceso de carros.			
Revestimiento: resistente para protección hasta altura de cielorraso (a definir en			
características específicas).			
Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta			
sobre mesada. Aclarar lo observado.			
El drenaje es a pileta de piso cerrada con sifón. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación:			
La iluminación es natural y/o artificial según norma. Aclarar.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Las instalaciones poseerán dispositivos de seguridad eléctrica: protección			
termomagnética y disyuntor.			
Dispone de las siguientes corrientes débiles: telefonía, intercomunicadores y bocas			
de datos, entre otras. Aclarar.			
Cuenta con instalación o dispositivos para luz de emergencia en accesos,			
circulaciones, locales de clasificación, preparación, procesamiento y depósito de			
material estéril. Aclarar.			
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno con			
capacidad mínima de funcionamiento no menor a 4horas) para equipos y/o locales			
y para ascensor. Aclarar.			
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para			
Instalaciones de uso hospitalario.			
A nivel del techo, los accesorios luminosos son estancos, ubicados en el cielorraso,			
al mismo nivel que la superficie del techo, con tapa herméticamente sellada, y sin			
superficies salientes. Aclarar lo observado.			

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y			
ventilación forzada. Detallar.			
El ingreso de aire es propio de la central, no compartiéndose con otros sectores o			
servicios. Aclarar.			
Se verifica diferencial de presión en cascada entre áreas contiguas (5 a 20			
Pascales): mayor presión en área crítica y semi crítica (acondicionamiento,			
descarga de esterilizador por vapor) y menor presión en áreas no críticas/ (área de			
lavado). Detallar.			
El ambiente mantiene una temperatura estable entre 18ºC y 25ºC, y una humedad			
relativa ambiente de 35-50%. Aclarar.			
Gases Medicinales: cuenta con aire comprimido (seco y filtrado). Detallar.			
Mobiliario fijo: Está construido con materiales resistentes al contacto con los			
agentes de limpieza y desinfección. Aclarar.			
agentes de impreza y desimección. Acidran			
<b>Señalética</b> : Todos los locales están señalizados según su función. Aclarar.			
Seguridad: Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación			
vigente.			
Las centrales cuentan con medios de escape alternativo según norma.			
Cuenta con detectores de humo. Aclarar lo observado.			
CONSIDERACIONES ESPECIALES			
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada			
local.			
RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con ventanillas de ingreso diferenciadas por material a procesar. Detallar lo			
Cuenta con ventanillas de ingreso diferenciadas por material a procesar. Detallar lo observado.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las			
observado. La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.  Otro equipamiento. Detallar.			
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.	SI	NO	OBSERVACIONES
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.  Otro equipamiento. Detallar.  ÁREA DE LIMPIEZA Y SECADO  Cuenta con un área de limpieza y secado. Describir lo observado.	SI	NO	OBSERVACIONES
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.  Otro equipamiento. Detallar.  ÁREA DE LIMPIEZA Y SECADO	SI	NO	OBSERVACIONES
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.  Otro equipamiento. Detallar.  ÁREA DE LIMPIEZA Y SECADO  Cuenta con un área de limpieza y secado. Describir lo observado.	SI	NO	OBSERVACIONES
observado.  La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.  El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  Características Constructivas: Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:  Zócalos: sanitario.  Paredes: con guardacarros.  Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.  Equipamiento:  Computadora con sistema de registro (código).  Impresora laser.  Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  Carros para el circuito sucio.  Otro equipamiento. Detallar.  ÁREA DE LIMPIEZA Y SECADO  Cuenta con un área de limpieza y secado. Describir lo observado.  Cuenta con barrera física (antecámara) para generar diferencial de presión	SI	NO	OBSERVACIONES

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
En el sector de secado, cuenta con provisión de aire comprimido.			
La superficie mínima es igual o mayor a 12m2. Indicar superficie total observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las			
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Zócalo: sanitario.			
Paredes: con guardacarros.			
Puerta: la mínima luz admisible de paso es de 1.20m. Aclarar lo observado			
Revestimiento: cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta			
altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.			
<b>Instalación Sanitaria:</b> El agua de lavado está debidamente ablandada y purificada. Aclarar.			
<b>Instalación Termomecánica:</b> Todo el aire del sector es expulsado al exterior y sin recirculación.			
Cuenta con presión de aire negativa con respecto a áreas adyacentes. Aclarar.			
Gases medicinales: Cuenta con una terminal de aire comprimido para el secado de			
elementos con lumen (tubuladuras, trocares).			
El aire comprimido es seco, libre de partículas, sin aceite y con filtrado microbiológico (0,22 micrones).			
Equipamiento:			
Lavadoras mecánicas automáticas con o sin módulo de ultrasonido, con entrada			
de agua fría y caliente			
Sistema de enjuague y secado o lavadora ultrasónica con o sin módulos de			
enjuague y secado (en caso de corresponder, aislación acústica). Aclarar			
Ablandador de agua, con filtro de partículas y posterior filtro de carbón activado.			
Aclarar.			
Aireador y/o cabina de secado			
CONTROL DE CALIDAD	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con área para control de calidad. Indicar cantidad de puestos.			
La superficie mínima es igual o mayor a 4m2. Indicar superficie total observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Zócalos: sanitario.			
Paredes: con guardacarros.			
Puerta: la mínima luz admisible de paso es de 1.20m. Aclarar lo observado			
Revestimiento: cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta			
altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.			
Instalación Sanitaria: Cuentan con mesadas de acero inoxidable de 0,75m de			
profundidad por 2.20m de largo (mínimo). Aclarar.			
Equipamiento:			
Elementos para la lectura de Adenosin Trifosfato-ATP y de Proteínas			
(recomendable)			
Lupa o lentes de aumento con luz			
Balanza granataria de mesa (hasta 30 kg)			
Balanza analítica			
ÁREA ACONDICIONAMIENTO Y ENVASADO	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar cantidad de áreas para acondicionamiento y envasado por tipo.			

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
La superficie de cada área es igual o mayor a 16m2. Indicar superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las			
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
<b>Zócalo</b> : Sanitario.			
Paredes: Con guardacarros. Aclarar.			
Puertas: Mínima luz útil admisible de paso 1.20m. Aclarar.			
Revestimiento: cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta			
altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.			
Climatización: El sector textil, cuenta con presión negativa y medidor diferencial			
de presión.			
Equipamiento:			
Termoselladoras			
Soporte para distintos tipos de envolturas			
Cinteros para los distintos procesos de esterilización			
Terminal informática			
Carros			
Lupa o lentes de aumento con luz (opcional)			
Cortadora de gasas			
ÁREA DE ESTERILIZACIÓN CON EQUIPOS DE FRONTERA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con equipos de frontera (doble frente). Describir los equipos observados y			
aclarar si son de único frente.			
Cuenta con acceso desde zona sin restricciones para el mantenimiento de los			
equipos. Aclarar.			
El/los equipos de esterilización por calor húmedo y por calor seco, cuentan con			
extración de aire caliente.			
El óxido de etileno, cuenta con antecámara de acceso, diferencial de presión y			
depósito propio transitorio para aireación. Aclarar.			
Los equipos de esterilización por métodos a baja temperatura (formaldehico,			
peróxido de hidrógeno en fase plasma, entre otros), están ubicados en locales			
separados del resto con su respectiva extracción de aire. Detallar lo observado.			
La superficie es igual o mayor a 9m2 (calor húmedo), 6m2 (calor seco, plasma de			
peróxido de hidrógeno y formaldehido) y 15m2 (óxido de etileno con depósito).			
Indicar superficie observada por cada equipo.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las			
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
<b>Piso</b> : El sector de equipos cuenta con banquina de 0.10m de alto para apoyo de los			
mismos. Aclarar.			
Zócalo: Sanitario.			
Paredes: Con guardacarros. Aclarar.			
<b>Puertas</b> : la mínima luz útil admisible de paso es 1.20m, en particular para el óxido			
de etileno será de 0,80m y se asegura la estanqueidad y hermeticidad de la misma.			
Indicar medidas observadas.			
<b>Revestimiento</b> : cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta			
altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.			
Instalación Sanitaria: La instalación sanitaria es de acero inoxidable. Suministro de			
agua (o vapor) libre de residuos sólidos (dureza, cloro, etc) mediante ablandador o			
trampas de vapor en caso de usar vapor central. Aclarar.			
The state of the s			

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Climatización</b> : El óxido de etileno, cuenta con ventilación a los cuatro vientos, mediante cañerías de 7m. de altura por encima del nivel de edificación y fabricadas en material que no reaccione con el agente. Aclarar.			
Equipamiento:		1	
Equipos esterilizadores por calor húmedo - (puerta automática simple o doble) Con generación propia de vapor y/o conectado al vapor central del establecimiento. Aclarar lo observado. Equipos esterilizadores por calor seco - Estufa de esterilización de 180 a 250 litros.			
Aclarar.		<u> </u>	
Unidad plasma peróxido de hidrógeno de 50 a 100 litros			
Esterilizador por óxido de etileno. El equipo podrá esterilizar a 37°C o 55/60°C.			
Esterilizador por formaldehido de 130 litros. El equipo podrá esterilizar a 60°C o 78° C.			
Incubadoras por procesos o lectoincubadoras			
Cinteros para los distintos procesos de esterilización (clase 1)			
Terminal informática en área limpia			
Etiquetadoras de loteo			
Carros para los esterilizadores			
Ablandador de agua, más sistema de filtros. Aclarar lo observado.			
Lector de código de barras			
DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL	SI	NO	
Cuenta con depósito de material estéril. Aclarar áreas observadas (ej. sector con estantes y espacio libre para estacionamiento de carros). Aclarar.			
Los productos esterilizados están ubicados a una distancia mínima de 30 cm del			
piso y 70 cm del cielorraso. Aclarar.			
Se verifica la superficie recomendada (20% de 1 a 1,7m2 por cama internación y			
puesto de observación/tratamiento). Aclarar lo observado.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las			
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Zócalo: sanitario			
Paredes: Con guardacarros. Aclarar.			
Puertas: la mínima luz útil admisible de paso es 1.20m. Indicar medida observada.			
Revestimiento: cuenta con pintura tipo epoxi. Aclarar.			
<b>Instalación Termomecánica</b> : El área está ventilada con al menos 4 cambios de aire			
por hora, con una temperatura entre 18°C-25°C y una humedad relativa ambiente			
entre 35-50%. Con presión positiva. Aclarar.			
Equipamiento:			
Carros			
Estanterías móviles con repisas enrejadas			
ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CARROS	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con sector libre para estacionamiento transitorio de carros.			
La superficie es igual o mayor a 2 m2 por carro. Aclarar superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las		1	
que no cumpla)			
Equipamiento:		1	

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Carros . Aclarar cantidad.			
ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con área de preparación y ventanilla independiente para entrega de			
material estéril.			
La superficie es igual o mayor a 12m2. Aclarar superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que			
no se cumpla.			
Equipamiento:			
Carros			
Terminal informática			
Lectora de códigos			
Impresora			
VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con vestuario con sanitario diferenciado por sexo. Aclarar cantidad de	31	NO	OBSERVACIONES
cubículos de inodoro y ducha posee cada uno.			
Cada nucleo cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco de apoyo. Aclarar.			
, ,	CI	NO	ODCEDI/ACIONEC
TRANSFERENCIA AMBULATORIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con un área de transferencia ambulatorio para la colocación de botas.			
Aclarar.			
OFICINA / JEFATURA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Jefatura.			
La superficie es igual o superior a 10m2. Indique superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que			
no se cumpla.			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble para archivo con estantes			
Computadora			
Impresora			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Indicar cantidad de puestos observados.			
La superficie por puesto es igual o superior a 4m2. Indique superficie observada.			
Características Constructivas: Aplican las Características Generales. Aclarar lo que	1		
no se cumpla.			
Equipamiento:			
Escritorio y silla	1		
Mueble para archivo			
Impresora			
Fotocopiadora	1		
Otros, detallar.			
ESTAR DE PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estar de Personal. Aclarar si es propio o comparte con otro servicio.			
Indique superficie observada.			
El local está zonificado en área con mesada y pileta (agua fría y caliente) y área de			
reuniones. Aclarar.			
reuniones. Adarar.	<u> </u>		1

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que			
no se cumpla.			
Equipamiento:			
Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.			
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.			
Heladera. Aclarar.			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
OFFICE LIMPIEZA	SI	NO	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Office de Limpieza.			
La superficie es igual o mayor a: 3m² y en local cerrado a 4m². Aclarar.			
Tiene mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Tiene canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso			
abierta.			
Cuenta con revestimiento mínimo hasta altura de cielorraso. Con guardacarros.			
Aclarar.			
Tiene mueble para guardado de insumos			
Tiene espacio libre para estacionamiento de carros (limpieza y portabolsa)			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las			
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
El ancho de la puerta permite el acceso del carro de limpieza. Indicar medida			
observada.			
Equipamiento:			
Carro de limpieza			
Carro portabolsa			
CONTENEDOR / DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios. Aclarar.			
CONTENEDOR / DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipientes para residuos biopatogénicos. Aclarar.			



## República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

## Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

	•				
	ú	m	$\Delta$ 1	nn	•
1.4	ш	ш		w	•

Referencia: Grilla Esterilización

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.